

COMUNICADO Nº 2

ESCLARECIMENTO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

**COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS – DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA VIA SICONV
Nº 001/2017**

A FUNDAÇÃO ADIB JATENE, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, legalmente reconhecida como entidade filantrópica, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 53.725.560/0001-70 e Inscrição Estadual nº. 111.915.637.113, com sede à Avenida Dr. Dante Pazzanese, nº. 500 – Ibirapuera – São Paulo/SP, CEP 04012-180, em virtude do convênio Nº 836913/2016, firmado com o Ministério da Saúde e a **COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS – DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA VIA SICONV Nº 001/2017**, cujo objeto trata da Aquisição de um Sistema de Hemodinâmica -, considerando o recebimento de pedido de esclarecimentos quanto a especificação técnica, após análise, a Comissão Técnica Julgadora, esclarece aos interessados que:

PERGUNTA DO INTERESSADO:

3.3. Diagonal mínima de 25 cm e máxima de 29 cm com 3 campos selecionáveis

O equipamento tem diagonal de 30 cm com 5 campos selecionáveis. Sabe-se que o solicitado foi uma diagonal máxima de 29 cm, mas a empresa entende que a diferença de 1 cm representa um número insignificante que não tem impacto negativo, tampouco inviabiliza realizar qualquer procedimento clínico, Em contrapartida, o equipamento apresenta 5 campos selecionáveis, que facilita a visualização de toda anatomia desejada. O equipamento foi lançado após a definição do edital, apresentando uma tecnologia de ponta e a mais moderna do mercado. Assim, entendemos que o equipamento por ser a mais recente e avançada tecnologia do mercado atende as necessidades desta r. Instituição. Estamos corretos com nosso entendimento?

ESCLARECIMENTO COMISSÃO TÉCNICA: No que diz respeito ao comprimento máximo entendemos que 1 cm a mais representa um número insignificante que não inviabiliza a realização de qualquer tipo de procedimento. Além disto, consideramos vantajoso o equipamento apresentar 5 campos selecionáveis.

PERGUNTA DO INTERESSADO:

4.3. Cobertura fluoroscópica longitudinal de no mínimo 170cm

A cobertura fluoroscópica do equipamento de chão é de 105cm. A empresa, através desse, vem argumentar que o Instituto DANTE PAZZANESE- especializado em cardiologia, não terá restrição na cobertura fluoroscópica, uma vez que todo alcance da área cardíaca é realizada. Vale lembrar que todos os procedimentos de todas as especialidades médicas podem ser realizados no equipamento, o que vai diferenciar é o posicionamento do paciente. Não há restrição a nenhum tipo de procedimento. Assim, entendemos que o equipamento por ser a mais recente e avançada tecnologia do mercado atende as necessidades desta r. Instituição. Estamos corretos com nosso entendimento?

ESCLARECIMENTO COMISSÃO TÉCNICA: Em relação a cobertura fluoroscópica longitudinal de no mínimo 170 cm (4.3), temos a considerar que a cobertura declarada pela empresa é inferior ao solicitado. Entretanto, levando em consideração que a finalidade principal do equipamento é de somente realizar procedimentos cardiológicos, o comprimento inferior ao solicitado atende as nossas necessidades. Vale ressaltar também que este item será pontuado de acordo com os critérios estabelecidos na grade de especificações.

PERGUNTA DO INTERESSADO:

5.2. Deslocamento longitudinal do arco C ao longo da mesa

No caso do equipamento, a movimentação longitudinal é da mesa e não do arco em C. O que não inviabiliza e exclui qualquer procedimento intervencionista. Assim, entendemos que o equipamento por ser a mais recente e avançada tecnologia do mercado atende as necessidades desta r. Instituição. Estamos corretos com nosso entendimento?

ESCLARECIMENTO COMISSÃO TÉCNICA: Finalmente, quanto ao deslocamento longitudinal do arco em C ao longo da mesa (5.2), a empresa esclareceu que no seu equipamento, este deslocamento se realiza por intermédio da mesa e não do arco em C. Entretanto, isto não determina nenhum tipo de limitação para a realização de qualquer tipo de procedimento. Assim sendo, estamos de acordo com a justificativa exposta acima pelo fabricante.

São Paulo, 02 de agosto de 2017.

Fernando Alves de Gusmão
Gerente de Compras